

## FB0608 Einreichung Monitorkalibrierung Kunde an PTB

|                                                      |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Messpunkt-Nr. (gemäß PTW-Protokoll FB0607): <b>1</b> | Nennenergie (MV / MeV):                                                                                                                                                                                      |
| Dosimeter (Typ, Seriennummer)                        |                                                                                                                                                                                                              |
| Ionisationskammer (Typ, Seriennummer)                |                                                                                                                                                                                                              |
| Monitorkalibrierfaktor (Gy / MU)                     |                                                                                                                                                                                                              |
| Messpunkt-Nr. (gemäß PTW-Protokoll FB0607): <b>2</b> | Nennenergie (MV / MeV):                                                                                                                                                                                      |
| Dosimeter (Typ, Seriennummer)                        |                                                                                                                                                                                                              |
| Ionisationskammer (Typ, Seriennummer)                |                                                                                                                                                                                                              |
| Monitorkalibrierfaktor (Gy / MU)                     |                                                                                                                                                                                                              |
| Messpunkt-Nr. (gemäß PTW-Protokoll FB0607): <b>3</b> | Nennenergie (MV / MeV):                                                                                                                                                                                      |
| Dosimeter (Typ, Seriennummer)                        |                                                                                                                                                                                                              |
| Ionisationskammer (Typ, Seriennummer)                |                                                                                                                                                                                                              |
| Monitorkalibrierfaktor (Gy / MU)                     |                                                                                                                                                                                                              |
| Messpunkt-Nr. (gemäß PTW-Protokoll FB0607): <b>4</b> | Nennenergie (MV / MeV):                                                                                                                                                                                      |
| Dosimeter (Typ, Seriennummer)                        |                                                                                                                                                                                                              |
| Ionisationskammer (Typ, Seriennummer)                |                                                                                                                                                                                                              |
| Monitorkalibrierfaktor (Gy / MU)                     |                                                                                                                                                                                                              |
| Messpunkt-Nr. (gemäß PTW-Protokoll FB0607): <b>5</b> | Nennenergie (MV / MeV):                                                                                                                                                                                      |
| Dosimeter (Typ, Seriennummer)                        |                                                                                                                                                                                                              |
| Ionisationskammer (Typ, Seriennummer)                |                                                                                                                                                                                                              |
| Monitorkalibrierfaktor (Gy / MU)                     |                                                                                                                                                                                                              |
| Messpunkt-Nr. (gemäß PTW-Protokoll FB0607): <b>6</b> | Nennenergie (MV / MeV):                                                                                                                                                                                      |
| Dosimeter (Typ, Seriennummer)                        |                                                                                                                                                                                                              |
| Ionisationskammer (Typ, Seriennummer)                |                                                                                                                                                                                                              |
| Monitorkalibrierfaktor (Gy / MU)                     |                                                                                                                                                                                                              |
| Messpunkt-Nr. (gemäß PTW-Protokoll FB0607): <b>7</b> | Nennenergie (MV / MeV):                                                                                                                                                                                      |
| Dosimeter (Typ, Seriennummer)                        |                                                                                                                                                                                                              |
| Ionisationskammer (Typ, Seriennummer)                |                                                                                                                                                                                                              |
| Monitorkalibrierfaktor (Gy / MU)                     |                                                                                                                                                                                                              |
| Messpunkt-Nr. (gemäß PTW-Protokoll FB0607): <b>8</b> | Nennenergie (MV / MeV):                                                                                                                                                                                      |
| Dosimeter (Typ, Seriennummer)                        |                                                                                                                                                                                                              |
| Ionisationskammer (Typ, Seriennummer)                |                                                                                                                                                                                                              |
| Monitorkalibrierfaktor (Gy / MU)                     |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Auftraggeber:</b>                                 | Hiermit reiche ich die Monitorkalibrierfaktoren zur MTK<br>mittels Vergleichsmessung (Referenzdosimeter) ein.<br>Geplante MTK vor Ort durch PTW am: _____<br>Name: _____<br>Datum: _____ Unterschrift: _____ |